

64 排 CT 医疗设备采购公告

我院需采购 64 排 CT，欢迎广大有资质的公司参与。现将有关内容通知如下：

一、参与单位资格条件要求：生产企业经营许可证、销售企业经营许可证、医疗器械注册证等三证齐全

二、采购方式：院内应急采购

三、采购预算：详见附件（限价须在预算金额限额内）

四、采购基本需求：详见附件

五、采购程序：依照院内论证谈判相关程序，论证谈判会议上设资格审查、项目谈判（需二次报价）等环节

六、价格构成或报价要求：详见附件

七、响应文件编制要求：以《医疗设备采购推荐书》的要求为准（含市场报价表）

八、评定成交的标准：功能配置需求等能满足医院使用需求，谈判结果以公示的内容及中标通知书结果为准。

九、提交资格证明资料时间及地点：

递交推荐书时间：2020 年 12 月 2 日~2020 年 12 月 4 日

递交推荐书地点：白云区嘉禾华英路 8 号设备科维修组

十、论证谈判会时间及地点：

论证谈判会时间：2020 年 12 月 8 日（具体时间以通知为准）

论证谈判会地点：白云区嘉禾华英路 8 号（具体地点以通知为准）

其他需要说明的内容：请有意向的厂商根据《医疗设备采购推荐书》（点击下载）的要求递交《医疗设备采购推荐书》文件，并将扫描电子版文件发送到邮箱 luoxumian@163.com，未按要求提供完整推荐书的，则视为未响应，若接受报名后造成论证不公正的，由报名厂商自行负责。对本项目若有疑问，请咨询设备科。

联系人：罗工

电话：36052031

附件一：

项目名称	采购数量	规格	采购预算 (万元)	采购基本需求
64 排 CT	1	台	800	64 排 128 层 CT；阳极物理热容量 $\geq 7\text{MHU}$ ；高压发生器功率 $\geq 72\text{KW}$ ；球管电流 $\geq 600\text{mA}$ ；原厂隔室操控。
总预算：800 万元				

附件二： 《医疗设备采购推荐书》

广州市第八人民医院

2020 年 12 月 2 日